

CONSTAT DE VERIFICATION MASSES DE SEUIL

CONSTAT DE VERIFICATION N° 59-44CS

Délivré à TRI PESAGE SERVICE
10, rue Louis Vicat
75015 PARIS

CONDITIONS DE VERIFICATION

Procédure : MO003
Date de vérification : 27/09/2013
Type de Vérification : Vérification périodique
 Vérification initiale

POIDS VERIFIES




Désignation : Série de Masses de Seuil
N° de Série : **LAMELLES SEUIL SERIE A**
Nombre de Masses : 50
Composition de la série :

Lamelles de 100mg : 10 pièces
Lamelles de 200mg : 10 pièces
Lamelles de 500mg : 10 pièces

Lamelles de 10mg : 5 pièces
Lamelles de 20mg : 5 pièces
Lamelles de 50mg : 5 pièces

Lamelles de 1mg : 5 pièces
Lamelles de 2mg : 5 pièces
Lamelles de 5mg : 5 pièces

CONSTAT DE VERIFICATION MASSES DE SEUIL

VERIFICATIONS PERIODIQUES					
Désignation : Série de Masses de Seuil					
N° de Série : Lamelles Seuil SERIE A					
Nombre de Masses : 50					
Date	Lieu	Composition de la série	Sanction	Opérateur	Visa
26/09/2011	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ Inchangée	☉ Conforme ○ Non Conforme	Ricaud	
03/11/2011	10, rue Louis Vicat	Modifiée avec ajout de masses M1 issues du certificat CE 11-2527	☉ Conforme ○ Non Conforme	Cressaty	
25/09/2012	CTVIM 6 rue du bois du pont 95310 SAINT OUEN L'AUMONE	☉ Inchangée	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification périodique selon la procédure MO003	Cressaty	
27/09/2013	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ Manque 1 Masse 5mg	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification périodique selon la procédure MO003	Cressaty	