



CTVIM

Lot E9

6 rue du bois du pont

95310 SAINT OUEN L'AUMONE

☎ : 04 83 73 53 42

✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

Commande N° EM 2962

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

N° CE 17 - 5819

DELIVRE A : TRI PESAGE SERVICE
10 RUE LOUIS VICAT

75015 PARIS

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : Série de 18 poids

Constructeur : MERLET YVELINES PESAGE (YP)

Type : Cylindrique
 Laiton chromé

N° de série : 7

Ce certificat comprend 2 pages

Date d'émission : 29/06/2017

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

P.O. L'OPERATEUR
Yoann HUYNH

MODE OPERATOIRE

Les masses sont étalonnées selon un schéma de comparaison EMME.

Les étalonnages sont effectués avec une masse volumique de l'air de $1\,200\text{ g/m}^3 \pm 70\text{ g/m}^3$.

RESULTAT DE L'ETALONNAGE

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au Système international d'unités (SI).

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle				Incertitude	Intervention
		Date	Sans intervention	Date	Après intervention		
7 5	1 g	27/06/2017	1,000 02 g			0,30 mg	Néant
ZX84N	1 g	27/06/2017	1,000 15 g			0,30 mg	Néant
7*	2 g	27/06/2017	2,000 51 g			0,40 mg	Néant
ZX29N	2 g	27/06/2017	2,000 07 g			0,40 mg	Néant
7	5 g	27/06/2017	4,999 65 g			0,50 mg	Néant
7	10 g	27/06/2017	9,999 23 g			0,60 mg	Néant
7*	20 g	27/06/2017	20,000 45 g			0,80 mg	Néant
ZY30T	20 g	27/06/2017	19,999 96 g			0,80 mg	Rénovation
ZB31A	50 g	27/06/2017	49,997 8 g	27/06/2017	50,000 8 g	1,0 mg	Echange
7	100 g	27/06/2017	100,002 6 g			1,6 mg	Néant
7	200 g	27/06/2017	200,002 7 g			3,0 mg	Néant
7*	200 g	27/06/2017	200,006 2 g			3,0 mg	Néant
7	500 g	27/06/2017	499,997 1 g			8,0 mg	Néant
7	1 kg	27/06/2017	1,000 029 kg			16 mg	Néant
7	2 kg	27/06/2017	2,000 037 kg			30 mg	Néant
7*	2 kg	27/06/2017	2,000 047 kg			30 mg	Néant
7	5 kg	27/06/2017	4,999 940 kg			80 mg	Néant
7*	5 kg	27/06/2017	5,000 069 kg			80 mg	Néant