



CTVIM

Lot E9

6 rue du bois du pont

95310 SAINT OUEN L'AUMONE

☎ : 04 83 73 53 42

✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

Commande N° EM 2962

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

N° CE 17 - 5821

DELIVRE A : TRI PESAGE SERVICE
10 RUE LOUIS VICAT

75015 PARIS

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : Série de 15 poids

Constructeur : KERN

Type : Cubique
Laiton

N° de série : G0712047

Ce certificat comprend 2 pages

Date d'émission : 29/06/2017

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

P.O. L'OPERATEUR
Yoann HUYNH

MODE OPERATOIRE

Les masses sont étalonnées selon un schéma de comparaison EMME.

Les étalonnages sont effectués avec une masse volumique de l'air de $1\,200\text{ g/m}^3 \pm 70\text{ g/m}^3$.

RESULTAT DE L'ETALONNAGE

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au Système international d'unités (SI).

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle				Incertitude	Intervention
		Date	Sans intervention	Date	Après intervention		
	1 g	26/06/2017	0,999 52 g			0,30 mg	Néant
	2 g	26/06/2017	2,000 17 g			0,40 mg	Néant
*	2 g	26/06/2017	1,999 70 g			0,40 mg	Néant
	5 g	26/06/2017	4,999 90 g			0,50 mg	Néant
	10 g	26/06/2017	9,999 70 g			0,60 mg	Néant
	20 g	26/06/2017	19,998 65 g			0,80 mg	Néant
*	20 g	26/06/2017	19,998 15 g	26/06/2017	20,001 15 g	0,80 mg	Ajustage
	50 g	26/06/2017	49,999 8 g			1,0 mg	Néant
	100 g	26/06/2017	99,999 8 g			1,6 mg	Néant
	200 g	26/06/2017	199,990 5 g	26/06/2017	200,000 9 g	3,0 mg	Ajustage
*	200 g	26/06/2017	199,993 1 g			3,0 mg	Néant
	500 g	26/06/2017	499,987 8 g			8,0 mg	Néant
	1 kg	26/06/2017	0,999 992 kg			16 mg	Néant
	2 kg	26/06/2017	1,999 943 kg			30 mg	Néant
*	2 kg	26/06/2017	1,999 954 kg			30 mg	Néant