



CTVIM

Lot E9

6 rue du bois du pont

95310 SAINT OUEN L'AUMONE

☎ : 04 83 73 53 42

✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

Commande N° EM 2962

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

N° CE 17 - 5827

DELIVRE A : TRI PESAGE SERVICE
10 RUE LOUIS VICAT

75015 PARIS

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : Série de 22 poids

Constructeur : ZWIEBEL (LZ)

Type : Cylindrique/Parallélépipédique
Inox / Fonte

N° de série : ZA

Ce certificat comprend 2 pages

Date d'émission : 29/06/2017

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

P.O. L'OPERATEUR
Yoann HUYNH

MODE OPERATOIRE

Les masses sont étalonnées selon un schéma de comparaison EMME.

Les étalonnages sont effectués avec une masse volumique de l'air de $1\,200\text{ g/m}^3 \pm 70\text{ g/m}^3$.

RESULTAT DE L'ETALONNAGE

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au Système international d'unités (SI).

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle				Incertitude	Intervention
		Date	Sans intervention	Date	Après intervention		
ZZ99D	1 g	26/06/2017	1,000 27 g			0,30 mg	Néant
ZA16G	2 g	26/06/2017	2,000 27 g			0,40 mg	Néant
ZA67E	2 g	26/06/2017	2,000 38 g			0,40 mg	Néant
ZA80E	5 g	26/06/2017	5,000 47 g			0,50 mg	Néant
ZA87E	10 g	26/06/2017	10,000 04 g			0,60 mg	Néant
ZA25G	20 g	26/06/2017	20,000 85 g			0,80 mg	Néant
ZA54G	20 g	26/06/2017	20,000 95 g			0,80 mg	Néant
ZA17B	50 g	26/06/2017	50,000 4 g			1,0 mg	Néant
ZA98B	50 g	26/06/2017	49,999 8 g			1,0 mg	Néant
ZA11F	100 g	26/06/2017	100,000 4 g			1,6 mg	Néant
ZA5G	200 g	26/06/2017	200,000 5 g			3,0 mg	Néant
ZA98F	200 g	26/06/2017	200,000 7 g			3,0 mg	Néant
ZA83C	500 g	26/06/2017	499,999 0 g			8,0 mg	Néant
ZA10D	1 kg	26/06/2017	1,000 005 kg			16 mg	Néant
ZA9D	1 kg	26/06/2017	1,000 003 kg			16 mg	Néant
ZA58D	2 kg	26/06/2017	2,000 018 kg			30 mg	Néant
ZA59D	2 kg	26/06/2017	2,000 010 kg			30 mg	Néant
ZA139A	5 kg	26/06/2017	5,000 158 kg			80 mg	Néant
ZA193A	5 kg	26/06/2017	5,000 073 kg			80 mg	Néant
ZA185A	10 kg	26/06/2017	9,999 85 kg			160 mg	Néant
ZX4475	20 kg	26/06/2017	19,999 41 kg			300 mg	Néant
ZY3415	20 kg	26/06/2017	19,999 85 kg			300 mg	Néant