



CTVIM

Lot E9

6 rue du bois du pont

95310 SAINT OUEN L'AUMONE

☎ : 04 83 73 53 42

✉ : contact@ctvim.fr

CHAINE D'ETALONNAGE

Masse

LABORATOIRE D'ETALONNAGE ACCREDITE

Commande N° EM 2962

CERTIFICAT D'ETALONNAGE

N° CE 17 - 5830

DELIVRE A : TRI PESAGE SERVICE
10 RUE LOUIS VICAT

75015 PARIS

INSTRUMENT ETALONNE

Désignation : Série de 7 poids

Constructeur : ZWIEBEL (LZ)

Type : Parallélépipédique
Fonte

N° de série : ZW ZU ZX

Ce certificat comprend 2 pages

Date d'émission : 29/06/2017

LE RESPONSABLE
DU LABORATOIRE

P.O. L'OPERATEUR
Yoann HUYNH

MODE OPERATOIRE

Les masses sont étalonnées selon un schéma de comparaison EMME.

Les étalonnages sont effectués avec une masse volumique de l'air de $1\,200\text{ g/m}^3 \pm 70\text{ g/m}^3$.

RESULTAT DE L'ETALONNAGE

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles correspondant à deux fois l'incertitude-type composée.

Ce certificat d'étalonnage garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au Système international d'unités (SI).

Identification	Masse nominale	Masse conventionnelle				Incertitude	Intervention
		Date	Sans intervention	Date	Après intervention		
ZU 3261	20 kg	26/06/2017	19,999 59 kg			300 mg	Néant
ZU 3262	20 kg	26/06/2017	19,999 71 kg			300 mg	Néant
ZW 3667	20 kg	26/06/2017	19,999 00 kg	26/06/2017	20,000 11 kg	300 mg	Ajustage
ZW 3672	20 kg	26/06/2017	19,999 32 kg			300 mg	Néant
ZW 3673	20 kg	26/06/2017	19,999 24 kg	26/06/2017	20,000 10 kg	300 mg	Ajustage
ZW 3674	20 kg	26/06/2017	19,999 20 kg	26/06/2017	20,000 24 kg	300 mg	Ajustage
ZX 4469	20 kg	26/06/2017	19,999 31 kg			300 mg	Néant