

CONSTAT DE VERIFICATION MASSES DE SEUIL

CONSTAT DE VERIFICATION N° 59-48CS

Délivré à TRI PESAGE SERVICE
10, rue Louis Vicat
75015 PARIS

CONDITIONS DE VERIFICATION

Procédure : MO003
Date de vérification : 27/06/2019
Type de Vérification : Vérification périodique
 Vérification initiale

POIDS VERIFIES

Désignation : Série de Masses de Seuil
N° de Série : **LAMELLES SEUIL SERIE E**
Nombre de Masses : 60
Composition de la série :

Lamelles de 100mg : 10 pièces
Lamelles de 200mg : 10 pièces
Lamelles de 500mg : 10 pièces

Lamelles de 10mg : 5 pièces
Lamelles de 20mg : 5 pièces
Lamelles de 50mg : 5 pièces

Lamelles de 1mg : 5 pièces
Lamelles de 2mg : 5 pièces
Lamelles de 5mg : 5 pièces






CONSTAT DE VERIFICATION MASSES DE SEUIL

VERIFICATIONS PERIODIQUES

Désignation : Série de Masses de Seuil

N° de Série : Lamelles Seuil SERIE E

Nombre de Masses : 60

Date	Lieu	Composition de la série	Sanction	Opérateur	Visa
22/09/2014	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	⊙ Création	⊙ Conforme ○ Non Conforme	CRESSATY	
17/09/2015	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	⊙ Manque 1 masse 200mg	⊙ Conforme ○ Non Conforme	CRESSATY	
01/07/2016	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	⊙ Ajout d' 1 masse 200mg	⊙ Conforme ○ Non Conforme	CRESSATY	
29/06/2017	10, rue Louis Vicat 75015 Paris		⊙ Conforme ○ Non Conforme	CRESSATY	
27/06/2018	10, rue Louis Vicat 75015 Paris		⊙ Conforme ○ Non Conforme	CRESSATY	
27/06/201	34 rue Duranton 75015 Paris		⊙ Conforme ○ Non Conforme	CRESSATY	