

CONSTAT DE VERIFICATION MASSES DE SEUIL

CONSTAT DE VERIFICATION N° 59-45CS

Délivré à TRI PESAGE SERVICE
10, rue Louis Vicat
75015 PARIS

CONDITIONS DE VERIFICATION

Procédure : MO003
Date de vérification : 27/06/2019
Type de Vérification : Vérification périodique
 Vérification initiale










POIDS VERIFIES

Désignation : Série de Masses de Seuil
N° de Série : **LAMELLES SEUIL SERIE B**
Nombre de Masses : 60
Composition de la série :

Lamelles de 100mg : 10 pièces
Lamelles de 200mg : 10 pièces
Lamelles de 500mg : 10 pièces

Lamelles de 10mg : 5 pièces
Lamelles de 20mg : 5 pièces
Lamelles de 50mg : 5 pièces

Lamelles de 1mg : 5 pièces
Lamelles de 2mg : 5 pièces
Lamelles de 5mg : 5 pièces

CONSTAT DE VERIFICATION MASSES DE SEUIL					
VERIFICATIONS PERIODIQUES					
Désignation : Série de Masses de Seuil					
N° de Série : Lamelles Seuil SERIE B					
Nombre de Masses : 60					
Date	Lieu	Composition de la série	Sanction	Opérateur	Visa
26/09/2011	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ Inchangée	☉ Conforme ○ Non Conforme	Toinel	
08/11/2011	10, rue Louis Vicat	Modifiée avec ajout de masses M1 issues du certificat CE 11-2527	☉ Conforme ○ Non Conforme	Cressaty	
25/09/2012	CTVIM 6 rue du bois du pont 95310 SAINT OUEN L'AUMONE	☉ Inchangée	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification périodique selon la procédure MO003	Cressaty	
27/09/2013	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ 3 Masses de 100mg Manquantes	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification périodique selon la procédure MO003	Cressaty	
07/10/2013	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	Ajout de 3 masses 100mg selon primitive MO003	☉ Conforme ○ Non-conforme	Cressaty	
22/09/2015	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ Inchangée	☉ Conforme ○ Non-conforme	Cressaty	
17/09/2015	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ Inchangée	☉ Conforme ○ Non-conforme	Cressaty	
01/07/2016	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ Inchangée	☉ Conforme ○ Non-conforme	Cressaty	
29/06/2017	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ Inchangée	☉ Conforme ○ Non-conforme	Cressaty	

10, rue Louis Vicat 75015 PARIS
Téléphone : 01 43 35 37 52
Fax : 01 43 35 37 53



27/06/2018	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	<input checked="" type="radio"/> Manque masse 0.1g	<input checked="" type="radio"/> Conforme <input type="radio"/> Non-conforme	Cressaty	
27/06/2019	34 rue Duranton 75015 Paris	<input checked="" type="radio"/> Inchangée	<input checked="" type="radio"/> Conforme <input type="radio"/> Non-conforme	Cressaty	
23/06/2020	34 rue Duranton 75015 Paris	<input checked="" type="radio"/> Manque masse 0.1g	<input checked="" type="radio"/> Conforme <input type="radio"/> Non-conforme	Cressaty	
23/06/2021	34 rue Duranton 75015 Paris	<input checked="" type="radio"/> Inchangée	<input checked="" type="radio"/> Conforme <input type="radio"/> Non-conforme	Cressaty	