

CONSTAT DE VERIFICATION MASSES DE SEUIL

CONSTAT DE VERIFICATION N° 59-52CS

Délivré à **TRI PESAGE SERVICE**
10, rue Louis Vicat
75015 PARIS

CONDITIONS DE VERIFICATION

Procédure : MO003
Date de vérification : 23/06/2020
Type de Vérification : Vérification périodique
 Vérification initiale

POIDS VERIFIES

Désignation : Série de Masses de Seuil
N° de Série : **LAMELLES SEUIL SERIE H**
Nombre de Masses : 59
Composition de la série :

Lamelles de 100mg : 10 pièces
Lamelles de 200mg : 9 pièces
Lamelles de 500mg : 10 pièces

Lamelles de 10mg : 5 pièces
Lamelles de 20mg : 5 pièces
Lamelles de 50mg : 5 pièces

Lamelles de 1mg : 5 pièces
Lamelles de 2mg : 5 pièces
Lamelles de 5mg : 5 pièces






CONSTAT DE VERIFICATION MASSES DE SEUIL

VERIFICATIONS PERIODIQUES

Désignation : Série de Masses de Seuil

N° de Série : Lamelles Seuil SERIE H

Nombre de Masses : 60

| Date | Lieu | Composition de la série | Sanction | Opérateur | Visa |
|------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------|---|
| 05/03/2018 | 10, rue Louis Vicat 75015 Paris | ⊙ Création | ⊙ Conforme ○ Non Conforme | CRESSATY |  |
| 27/06/2018 | 10, rue Louis Vicat 75015 Paris | ⊙ Inchangé | ⊙ Conforme ○ Non Conforme | TOINEL |  |
| 27/06/2019 | 34 rue Duranton 75015 Paris | ⊙ manque 1x 0.2g | ⊙ Conforme ○ Non Conforme | TOINEL |  |
| 23/06/2020 | 34 rue Duranton 75015 Paris | ⊙ manque 1x 0.2g | ⊙ Conforme ○ Non Conforme | TOINEL |  |
| 23/06/2021 | 34 rue Duranton 75015 Paris | ⊙ Inchangée | ⊙ Conforme ○ Non Conforme | CRESSATY |  |
| | | | | | |