

## **CONSTAT DE VERIFICATION MASSES DE SEUIL**

### **CONSTAT DE VERIFICATION N° 59-44CS**

Délivré à TRI PESAGE SERVICE  
10, rue Louis Vicat  
75015 PARIS

### **CONDITIONS DE VERIFICATION**

Procédure : MO003  
Date de vérification : 22/06/2022  
Type de Vérification :  Vérification périodique  
 Vérification initiale

### **POIDS VERIFIES**







Désignation : Série de Masses de Seuil  
N° de Série : **LAMELLES SEUIL SERIE A**  
Nombre de Masses : 60  
Composition de la série :

Lamelles de 100mg : 10 pièces  
Lamelles de 200mg : 10 pièces  
Lamelles de 500mg : 10 pièces

Lamelles de 10mg : 5 pièces  
Lamelles de 20mg : 5 pièces  
Lamelles de 50mg : 5 pièces

Lamelles de 1mg : 5 pièces  
Lamelles de 2mg : 5 pièces  
Lamelles de 5mg : 5 pièces

## CONSTAT DE VERIFICATION MASSES DE SEUIL

VERIFICATIONS PERIODIQUES					
Désignation : Série de Masses de Seuil					
N° de Série : Lamelles Seuil SERIE A					
Nombre de Masses : 60					
Date	Lieu	Composition de la série	Sanction	Opérateur	Visa
26/09/2011	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ Inchangée	☉ Conforme ○ Non Conforme	Ricaud	
03/11/2011	10, rue Louis Vicat	Modifiée avec ajout de masses M1 issues du certificat CE 11-2527	☉ Conforme ○ Non Conforme	Cressaty	
25/09/2012	CTVIM 6 rue du bois du pont 95310 SAINT OUEN L'AUMONE	☉ Inchangée	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification périodique selon la procédure MO003	Cressaty	
27/09/2013	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ Manque 1 Masse 5mg	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification périodique selon la procédure MO003	Cressaty	
07/10/2013	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ ajout 1 Masse 5mg	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification primitive selon la procédure MO003	Cressaty	
22/09/2014	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ ajout 1 Masse 5mg	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification primitive selon la procédure MO003	Cressaty	



17/09/2015	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ manque 1 masse de 500mg, 1 masse de 200mg et 2 masses de 100mg	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification primitive selon la procédure MO003	Cressaty	
01/07/2016	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ ajout 1 masse de 500mg, 1 masse de 200mg et 2 masses de 100mg	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification primitive selon la procédure MO003	Cressaty	
29/06/2017	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ Inchangé	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification primitive selon la procédure MO003	Cressaty	
29/06/2017	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ Inchangé	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification primitive selon la procédure MO003	Cressaty	
27/06/2018	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	☉ Inchangé	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification primitive selon la procédure MO003	Cressaty	
27/06/2019	34 rue Duranton 75015 Paris	☉ Inchangé	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification primitive selon la procédure MO003	Cressaty	
23/06/2020	34 rue Duranton 75015 Paris	☉ manque 3x 0.05g et 3x 0.02g	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification primitive selon la procédure MO003	Cressaty	
23/06/2021	34 rue Duranton 75015 Paris	☉ Inchangé	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification primitive selon la procédure MO003	Cressaty	
22/06/2022	34 rue Duranton 75015 Paris	☉ Inchangé	☉ Conforme ○ Non-conforme Vérification primitive selon la procédure MO003	Cressaty	