

## **CONSTAT DE VERIFICATION MASSES DE SEUIL**

### **CONSTAT DE VERIFICATION N° 59-52CS**

Délivré à TRI PESAGE SERVICE  
10, rue Louis Vicat  
75015 PARIS

### **CONDITIONS DE VERIFICATION**

Procédure : MO003  
Date de vérification : 22/06/2022  
Type de Vérification :  Vérification périodique  
 Vérification initiale

### **POIDS VERIFIES**

Désignation : Série de Masses de Seuil  
N° de Série : **LAMELLES SEUIL SERIE H**  
Nombre de Masses : 59  
Composition de la série :

Lamelles de 100mg : 10 pièces  
Lamelles de 200mg : 9 pièces  
Lamelles de 500mg : 10 pièces

Lamelles de 10mg : 5 pièces  
Lamelles de 20mg : 5 pièces  
Lamelles de 50mg : 5 pièces

Lamelles de 1mg : 5 pièces  
Lamelles de 2mg : 5 pièces  
Lamelles de 5mg : 5 pièces






## CONSTAT DE VERIFICATION MASSES DE SEUIL

### VERIFICATIONS PERIODIQUES

Désignation : Série de Masses de Seuil

N° de Série : Lamelles Seuil SERIE H

Nombre de Masses : 60

Date	Lieu	Composition de la série	Sanction	Opérateur	Visa
05/03/2018	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	⊙ Création	⊙ Conforme ○ Non Conforme	CRESSATY	
27/06/2018	10, rue Louis Vicat 75015 Paris	⊙ Inchangé	⊙ Conforme ○ Non Conforme	TOINEL	
27/06/2019	34 rue Duranton 75015 Paris	⊙ manque 1x 0.2g	⊙ Conforme ○ Non Conforme	TOINEL	
23/06/2020	34 rue Duranton 75015 Paris	⊙ manque 1x 0.2g	⊙ Conforme ○ Non Conforme	TOINEL	
23/06/2021	34 rue Duranton 75015 Paris	⊙ Inchangée	⊙ Conforme ○ Non Conforme	CRESSATY	
22/06/2022	34 rue Duranton 75015 Paris	⊙ Inchangée	⊙ Conforme ○ Non Conforme	CRESSATY	